

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D'UN SEQUENCIADOR

Primera: Objecte

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques és aconseguir un marc homogeni per poder valorar les diverses ofertes que es presentin pel subministrament d'equips.

Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions generals i requisits tècnics no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevol altre element que l'empresa oferent consideri convenient haurà d'estar inclòs i especificat en l'oferta presentada.

Segona: Abast del servei i què inclou el preu

L'oferta s'ajustarà a les prescripcions del Plec de bases del procediment de licitació i a les condicions aplicables a la concurrència d'ofertes.

L'oferta inclourà tots els treballs necessaris per al correcte subministrament dels equips, des de la fabricació, el transport, la instal·lació, accessoris necessaris, curs de funcionament i manual de funcionament i el manual de manteniment amb totes les solucions tècniques, funcionals i de qualsevol aspecte que resultin necessàries, fins a la realització de proves i assaigs que calguin per a la correcta verificació del resultat final de la instal·lació, el muntatge de l'equip i la gestió dels corresponents residus derivats de la seva instal·lació.

En general, a part de la tasca principal de subministrament d'equips a les instal·lacions del CRG en el PRBB, l'empresa proveïdora ha de subministrar tots els mitjans personals, tècnics i de control necessaris per a la seva correcta execució.

Els càrrecs que es derivin dels subministraments provisionals, assegurances i transports com grues, camions i qualsevol altre transport especial per a l'execució del subministrament (aigua, llum i altres materials o mostres fungibles) aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Són a càrrec del contractista, les despeses derivades de la formalització del contracte; les que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, documents, o qualsevol informació d'organismes oficials o particulars; les relatives a impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin, com també qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte.

Pel que fa als aranzels dels quals poden estar exempts els subministraments objecte del contracte, el CRG només es compromet a expedir els certificats pertinents per al reconeixement de l'exempció dels subministraments què, amb aquesta finalitat, li sol·licitin els adjudicataris o licitadors.

Tercera Formació de Personal

Per als elements intercanviables que, a causa de l'ús habitual hagin de ser substituïts (filtres, rodes, panys, motlles i tot els altres que conformin l'estructura de l'equipament en qüestió) o que afectin a instal·lacions, serà obligatori proporcionar, sense cap tipus de càrrec, la informació necessària, documental i pràctica, a personal especialitzat del CRG, per tal que el propi centre pugui dur a terme les reparacions escaients.

Quarta Recepció dels equips

La recepció i la instal·lació dels béns, objecte del subministrament, es realitzarà en les instal·lacions en el PRBB del Centre de Regulació Genòmica.

La recepció comprendrà les gestions i els treballs següents: verificació dels treballs executats segons els criteris descrits anteriorment, inspecció i lliurament de les instal·lacions, recepció provisional (inici del termini de garantia o en el seu cas de manteniment), lliurament del dossier, que ha de contenir:

- Instruccions de servei.
- Protocols de proves dels equips.
- Catàlegs d'elements instal·lats.
- Manual de manteniment.
- Lliurament de la llista d'elements fungibles pel funcionament de la màquina.
- Lliurament de la llista d'elements inclosos en la garantia.
- Relació de proveïdors que subministren peces de recanvi.
- Relació de serveis oficials de maquinària i altres elements instal·lats.

Posteriorment al lliurament i la instal·lació dels equips objecte del contracte es realitzarà la corresponent posada en funcionament de l'equip i posteriorment es concertarà dia i hora per realitzar el curs de formació respecte el funcionament de l'equip.

Un cop realitzat aquest curs i l'equip quedi en funcionament, en els terminis assenyalats (els terminis es fixaran en funció de les característiques de l'objecte del contracte) i lliurada la documentació que s'ha relacionat anteriorment, es farà l'acte formal i positiu de recepció, que s'ha de formalitzar mitjançant un document subscrit pel subministrador adjudicatari i per representants del CRG.

Si els béns no estiguessin en estat de ser rebuts, s'ha de fer constar en l'acte de recepció i s'han de donar les instruccions precises al contractista perquè resolgui els defectes apreciats o procedeixi a un nou subministrament d'acord amb el que s'ha pactat.

La realització de la recepció de l'equip s'ha de justificar mitjançant un albarà per triplicat, en el qual haurà de constar el segell dels serveis receptors del CRG amb la data de recepció dels equips.

La destinació de cada un dels albarans és la següent:

- Dos queden en possessió del receptor.
- El tercer el conserva el subministrador adjudicatari, per justificar la recepció del material subministrat.

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat el treball d'acord amb les condicions establertes, i a plena satisfacció del CRG. En el termini màxim d'un mes des de la realització de la recepció el proveïdor ha d'haver esmenat totes les deficiències observades per tal que es consideri l'inici de garantia la data de recepció signat en l'albarà.

Cinquena Servei tècnic i manteniment dels equips

Es valorarà especialment que l'empresa disposi de servei tècnic propi a Barcelona amb justificació de telèfon d'atenció i previsió de temps de resposta, personal disponible i en general amb una descripció de tots els recursos humans i materials destinats per l'empresa a servei post-venda.

Es demana que el contractista faciliti a l'oferta una llista dels preus pels components sotmesos a garantia, en el benentès que pot augmentar la llista si ho creu convenient. Aquests preus inclouran totes les despeses, embalatges i impostos inclosos. Aquests preus unitaris seran mantinguts sense variacions durant un any des de l'execució del contracte, i el contractista es comprometrà a subministrar durant un període de quatre anys més aquestes parts o components, amb una proposta de preu (o d'actualitzacions de preu, si ho prefereix) per aquest període. Tanmateix comprometrà uns terminis de lliurament partint de la data de comanda.

Pel que respecta al manteniment es valorarà que la part de material fungible com filtres, juntes o altres components sotmesos a desgast sigui baixa o es proposin sistemes que n'evitin la seva existència o que promoguin la seva reutilització.

També es valorarà que l'equip estigui format per parts modulars o estandarditzades i que la seva substitució o reparació sigui senzilla.

Sisena Ergonomia i certificats

Es valorarà la facilitat d'ús i el funcionament dels equips en unes condicions normals de treball per tal de poder optimitzar la seva operació i manteniment.

Es valorarà doncs els següents aspectes de l'equip:

- Minimització del risc d'atrapament.
- Minimització del moviment de pesos en la càrrega i descàrrega de les màquines.
- Minimització dels esforços pel seu ús.
- Manteniment: accessibilitat a totes les parts i components.

A més s'adjuntaran els corresponents certificats de calibració de l'equip en fàbrica, d'implantació de normativa ISO o qualsevol altra d'especial rellevància que documenti la implantació de procediments en el disseny i fabricació en quant a qualitat, medi ambient i riscos laborals.

El Reial decret 56/1995 en el seu annex II estableix que la declaració “CE” de conformitat s’ha de redactar en la mateixa llengua que el manual d’instruccions original, a màquina o en caràcters d’impresió. La declaració haurà d’anar acompanyada d’una traducció en una de les llengües del país d’utilització. Aquesta traducció s’efectuarà en les mateixes condicions que la del manual d’instruccions.

A més el CRG per les seves característiques requereix que una de les còpies del manual d’instruccions o documentació de la solució proposada sigui en idioma anglès.

La següent normativa és d’aplicació al subministrament dels equips:

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Instrucciones Complementarias MI IF.
- Reglamento de Aparatos a Presión. Instrucción Técnica MIE-APA.
- Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instrucciones Complementarias MI BT.

Tots els equips materials i components de les instal·lacions objecte d’aquest subministrament compliran les disposicions particulars que els hi siguin d’aplicació a més a més de les prescrites en les Instruccions Tècniques Complementaries ITE.

Setena Risc del subministrament

El Proveïdor pren plena responsabilitat i executarà el subministrament d’acord amb les especificacions senyalades en els documents tècnics.

El subministrament s’executaran, en quant al seu cost, terminis d’execucions, a risc i ventura del Proveïdor, sense que es tingui dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis.

Així mateix, no es podrà al·legar desconeixement de situació, comunicacions, característiques del subministrament, transport, etc

El Contractista haurà de complir tots els reglaments sobre condicions de Seguretat Social, accidents, etc. disposant de les corresponents pòlisses d’assegurança.

Vuitena Quadre de característiques tècniques

A continuació s'adjunta el quadre de característiques tècniques a complir en el subministrament conjuntament amb els aspectes a especificar per part del proveïdor i amb els aspectes que es valoraran especialment.

Novena Prescripcions tècniques

En aquest apartat es descriuen quines són les característiques mínimes del maquinari que ha de formar part de la proposta de subministrament del sistema de clúster del CRG

La proposta ha d'incloure tant el hardware i programari necessari com la implantació del serveis descrits.

A continuació es descriuen quines són les característiques mínimes del maquinari que ha de formar part de la proposta.

Descripció de les característiques tècniques

La documentació de la fitxa tècnica i els serveis inclosos ha de ser en Anglès.
Una de les còpies del manual d'instruccions o documentació de la solució proposada sigui en idioma anglès.

EQUIPO: Ultrasecuenciador de DNA

Características Técnicas:

- Sistema completo compuesto de un instrumento de secuenciación automática de DNA y software de análisis y ensamblaje.
- El secuenciador incluirá un ordenador servidor integrado que gestione los datos provenientes de las reacciones de secuenciación y las transforme en bases. Este servidor trabajara bajo el sistema operativo Linux (Red Hat).
- El secuenciador generará hasta 100 millones de bases por carrera.
- El secuenciador generará hasta 400.000 secuencias de hasta 200-300 pares de bases cada una por carrera.
- La exactitud de secuenciación en cada molécula será superior al 99,5% en 200 pares de bases
- La duración de cada carrera de secuenciación será de 4,5 a 7,5 horas
- El sistema será capaz de secuenciar "paired-end" con 20 o 100 pares de bases en cada extremo para fragmentos de 3Kb.
- El secuenciador admitirá como muestra a secuenciar fragmentos de DNA >1,5 kb o amplicones de hasta 500 pares de bases sin concatemerizar.
- El secuenciador incorporará un sistema que permita utilizar 2, 4, 8 o 16 regiones distintas en una picoplaca de 70x75 o 1 o 4 en una placa de 20x75.
- Dispondrá de reactivos que permitan hacer multiplex de 12 muestras por región, pudiendo por tanto cargar hasta 192 (12 x 16) muestras distintas en una placa de 16 calles y después diferenciar cada una de las muestras basándose en los identificadores (MID) de esos reactivos.

- Dispondrà de un software con los siguientes módulos: <i>Ensamblador de novo</i>. Capaz de realizar ensamblajes de novo de un genoma de hasta 120 Mb. Admitirá secuencias obtenidas por Sanger para optimizar los ensamblajes. También permitirá la inclusión de secuencias “paired-end” de 100 pb para la orientación de contigs - Módulo de resecuenciación. Permitirá la resecuenciación de genomas hasta 3 Gb, localizando SNP e indels de hasta 50 pb. - Módulo de análisis de amplicones. Permitirá el análisis de la secuencia de amplicones identificando y cuantificando las variantes obtenidas. El sistema deberá detectar variantes verdaderas presentes en <1%.
A valorar: - Capacidad de generar >50 millones de bases por carrera. - La longitud de lectura de cada secuencia debe ser >200 pb para conseguir ensamblajes de novo sin que el número de contigs sea muy alto. Esta longitud conseguida también se utilizará para detectar variantes de splicing. - La exactitud de cada secuencia individual obtenida debe ser >99,5% en 200 pares de bases para detectar variantes, SNP o indels, de frecuencia <1%. - El sistema debe disponer de capacidad para detectar indels superiores a 5 pb en cada molécula secuenciada. - El sistema dispondrá de capacidad de secuenciación de paired-end de 100 pb en cada extremo (en fragmentos de 3 kb), lo que permitirá el estudio de reordenamientos genómicos.

UNITATS TOTALS A ADQUIRIR	1 unitats
----------------------------------	------------------

Millores addicionals

Es tindran en compte millores dels proveïdors tals com:

- Qualitat del servei i documentació.
- Certificació en sistemes i solucions a implantar.